



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SOKOŁÓW PODLASKI

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółowie Podlaskim**

08-300 Sokółów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5,

tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83

www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

Dotyczy: FZ-312-9/II/22

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH

*Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na **zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim***

I. Zawiadamiamy o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach realizowanego postępowania w trybie konkursu ofert na **zakup i dostawę sprzętu medycznego** dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim. **Jako najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez:**

Zadanie 1- Sterimed Sp. z o.o. ul. Mała 6 lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Zadanie 2- SMS Sp. z o.o. ul. Norberta Adamowicza 8, 05-530 Góra Kalwaria

II. Poniżej znajduje się zestawienie ofert, złożonych przez poszczególnych oferentów, z podaniem ilości punktów w kryterium cena, zgodne z Zaproszeniem w przedmiotowym postępowaniu.

Zad.	Nazwa Oferenta	Liczba punktów kryterium cena
1	SMS Sp. z o.o. ul. Norberta Adamowicza 8, 05-530 Góra Kalwaria	78,06
	Sterimed Sp. z o.o. ul. Mała 6 lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki	100
2	SMS Sp. z o.o. ul. Norberta Adamowicza 8, 05-530 Góra Kalwaria	100
	Sterimed Sp. z o.o. ul. Mała 6 lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki	oferta odrzucona

III. W ramach prowadzonego postępowania ofertę złożyły następujące firmy:

1. SMS Sp. z o.o. ul. Norberta Adamowicza 8, 05-530 Góra Kalwaria
2. Sterimed Sp. z o.o. ul. Mała 6 lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki

IV. W wyniku analizy oferty firmy Sterimed Sp. z o.o. ul. Mała 6 lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki na **zadanie nr 2** stwierdzono nieprawidłowości:

Zamawiający wymagał:

1. Dokumentu potwierdzającego, że oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. O wyrobach medycznych (Dz.U. z 2021 poz. 1565 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi (Certyfikat CE /deklaracja zgodności dotycząca oferowanego przedmiotu zamówienia, zgłoszenie/ wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub oświadczenie z uzasadnieniem, że dane urządzenie nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych).
Wykonawca nie złożył wymaganego dokumentu dla Sterylizatora parowego AS449 wersja dwudrzwiowa.

2. Kart katalogowych lub folderów w języku polskim zawierających opis – specyfikę oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie wymagań opisanych w zestawieniu Parametrów technicznych z załącznika nr 2. Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 05.07.2022r. karty katalogowe lub foldery powinny być oryginalne dla urządzeń produkowanych poza granicami Polski.

Wykonawca nie złożył wymaganego dokumentu dla Sterylizatora parowego CISA P-6464 H 2P E Medium

3. Certyfikatów autoryzacji serwisu dla poszczególnych urządzeń wystawionych przez producenta urządzenia w języku oryginalnym i ewentualnym tłumaczeniem przysięgłym- zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 05.07.2022r. Wykonawca nie złożył wymaganego dokumentu dla obu sterylizatorów.

W związku z powyższym treść złożonej oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi w zaproszeniu co stanowi przesłankę do odrzucenia.