



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**SOKOŁÓW PODLASKI**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sokółowie Podlaskim**

08-300 Sokółów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5,  
tel./25/ 781-73-20

[www.spzozsokolow.pl](http://www.spzozsokolow.pl), e-mail: [zp@spzozsokolow.pl](mailto:zp@spzozsokolow.pl)

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

Znak sprawy: ZZ.26.278.2.2025

Sokółów Podlaski dn.24.09.2025 r

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** *postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim ogłoszonego w BZP dnia 17.09.2025r. pod nr 2025/BZP 00427465/01*

#### **Pytanie 1 Zadanie nr 19 poz. 2**

Prosimy o informację, czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru producenta Stryker o wymiarach kratki 100x22 czy też dopuszcza tańszy zamiennik.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 2 Zadanie nr 19 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie podania ceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 3 Zadanie 5**

Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 3 i 4 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o wysokości zszywek 3,8 mm do tkanki normalnej i 4,5 mm do tkanki grubej.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 4 Zadanie 5**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie rękojeści staplera laparoskopowego o długości szafu 160 mm lub 260 mm – do wyboru, rękojeść o konstrukcji antypoślizgowej.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 5 Zadanie 5**

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie ładunków do o wysokości zszywek otwartych 2,0-2,5-3,0 w kolorze brązowym zamiast białego, pozostałe właściwości ładunków według opisu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 6 do projektu umowy Dotyczy paragrafu 3, ustęp 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin, o którym mowa w ustępie 4 był liczony w dniach roboczych?

**Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.**

#### **Pytanie 7 Dotyczy paragrafu 4, ustęp 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płatność została uregulowana w terminie do 45 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT?

**Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.**

**Pytanie 8 Dotyczy paragrafu 5, ustęp 1, podpunkt b):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych i zmianę Par. 5 ust. 1 b) do następującej treści: „Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,2 %** wartości zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru w przypadku zwłoki w dostawie za każdy dzień zwłoki”?

**Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.**

**Pytanie 9 Dotyczy paragrafu 5, ustęp 2:**

Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

**Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.**

**Pytanie 10 Dotyczy paragrafu 5, ustęp 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 10% wartości umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.**

**Pytanie 11 Dotyczy paragrafu 8:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do zapisu następującego zastrzeżenia: „Przed skorzystaniem z prawa do zakupu produktu u innego wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji zamówienia wyznaczając mu dodatkowy termin”.

**Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.**

**Pytanie 12 Dotyczy punktu VI, punkt 2, pakiet 22 oraz załącznika nr 6 do SWZ:**

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymóg potwierdzenia posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu i używania oraz oznakowania znakiem CE dotyczy tylko pozycji zarejestrowanych na rynku polskim jako wyroby medyczne?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 13 Dotyczy Zadania 9 poz. 1a**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z formaliną- zawartość formaliny- 6ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 14 Dotyczy Zadania 9 poz. 1b**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z formaliną- zawartość formaliny- 18ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 15 Dotyczy Zadania 9 poz. 1d**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z formaliną- zawartość formaliny- 80ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 16 Dotyczy Zadania 9 poz. 1e**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z formaliną- zawartość formaliny- 140ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 17 Dotyczy Zadania 9 poz. 1f**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z formaliną - zawartość formaliny 320ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 18 Dotyczy Zadania 9 poz. 1h**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z formaliną - zawartość formaliny 2000 ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 19 Dotyczy Zadania 17 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków za op. 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 20 Dotyczy Zadania 17 poz. 11-14**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pojemniki posiadały szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 21 Dotyczy Zadania 17 poz. 11-14**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników pakowanych w kartonowe opakowania zbiorcze, która ułatwiają transport i magazynowanie, a także znacznie lepiej zabezpieczają produkt przed uszkodzeniem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 22 Dotyczy Zadania 17 poz. 22**

Czy Zamawiający wymaga cewników do odsysania pozbawionych szkodliwych ftalanów?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 23 Dotyczy Zadania 18 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga Aparatu do infuzji grawitacyjnych zgodnego z poniższym opisem:

Aparat do infuzji grawitacyjnych oraz ciśnieniowych: długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym. Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH, co jest potwierdzone badaniem. Skuteczność filtracji bakterii (BFE) min. 99,9999941% ; skuteczność filtracji wirusów (VFE) min. 99,99964% - potwierdzona badaniami. Górna część komory kroplowej twarda, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu. Pierścień okalający komorę kroplową pozwalający na łatwiejsze wkłuwanie się do opakowania, 15 $\mu$  filtr płynu, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na unieruchomienie i zabezpieczenie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu. Nazwa firmy na komorze kroplowej umożliwiająca identyfikację producenta w przypadku incydentu medycznego i reklamacji, sterylizowany promieniami gamma długość drenu 150 cm zakończona końcówką lock. Możliwość stosowania do 96 godzin, potwierdzona przez producenta.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 24 Dotyczy Zadania 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści Aparatu do infuzji grawitacyjnych bezpieczny zgodnego z poniższym opisem: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS SAFE wyposażony w filtr auto Air Stop, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do drenu, filtr hydrofobowy umieszczony w koreczku zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, wyposażony w dodatkowe miejsce na kolec na zaciskaczu rolkowym, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na przyrządzie w minimum dwóch miejscach, kolec ścięty dwupłaszczyznowo, elastyczna komora kroplowa o długości min. 65mm w części przezroczystej. Przyrząd wyposażony w skrzydełka dociskowe ułatwiający aplikację przyrządu, długość drenu 180 cm, dren wyposażony w dodatkowy łącznik z osłoną na palce chroniącą przed zakłuciem, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH , kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, jednorazowy, sterylizowany EO, opakowanie typu blister papier/folia

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 25 Dotyczy Zadania 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści Aparatu do infuzji grawitacyjnych bezpieczny zgodnego z poniższym opisem: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS SAFE wyposażony w filtr auto Air Stop, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do drenu, gdy butelka/worek jest pusta oraz zapobiega wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji, filtr hydrofobowy umieszczony w koreczku zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, Filtr cząsteczek stałych może filtrować cząstki większe lub równe 15 mikronów, tworzy system zamknięty, wyposażony w miejsce na kolec na zaciskaczu rolkowym, kolec ścięty dwupłaszczyznowo, komora kroplowa dwu częściowa (twarda/miękka) wyposażona w pierścień ułatwiający aplikację przyrządu, długość drenu 180 cm, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH , kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, jednorazowy, sterylizowany EO, opakowanie typu blister papier/folia

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 26 Dotyczy Zadania 19 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 36mm x 48mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 27 Dotyczy Zadania 19 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 42mm x 56mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 28 Do umowy:**

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

**Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.**

**Pytanie 29 Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści, w miejsce opisanego w SWZ, opatrunek z włókniny z nieprzywierającą, perforowaną warstwą aluminium z otworem posiadający rozchodzące się promieniście nacięcia umożliwiające dopasowanie wokół rurki tracheostomijnej lub drenu; warstwa chłonna 100% wiskoza; nie zawiera lateksu, rozmiar 8 cm x 9,3 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 30 Zadanie 17, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'90 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 31 Zadanie 17, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'20 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 32 Zadanie 17, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 33 Zadanie 17, pozycja 17-18**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 34 Zadanie 17, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków w rozmiarze 18G x 40 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 35 Zadanie 17, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych o twardości ok.78 ShA poświadczone oświadczeniem producenta?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 36 Zadanie 17, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści cewniki bez skalowania, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 37 Zadanie 18, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy o parametrach:

dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami

odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką

elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami, długość komory kroplowej wraz z kolcem ok. 100mm

kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml } 0,1 ml;

filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm

precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę bioreczą i zaczep na dren do podwieszenia

na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta  
miękki elastyczny dren o długości min. 150 cm  
uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu  
jednorazowego użytku  
niepirogenny, nietoksyczny  
nie zawiera lateksu  
nie zawiera ftalanów  
sterylizowany tlenkiem etylenu  
termin ważności: 5 lat  
opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 38 Zadanie 19, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG do monitoringu, na bazie gąbki PE, z żelazem stałym, sensor Ag/AgCl, o średnicy 43 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 39 Zadanie 20, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści poduszkę w rozmiarze 40x50cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z Modyfikacją formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie 40 Zadanie 20, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25g/m<sup>2</sup> w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru 77g/m<sup>2</sup>, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 150 x 210 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z Modyfikacją formularza asortymentowo-cenowego.**

/-/ Zdzisława Miłkowska