



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SOKOŁÓW PODLASKI

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółowie Podlaskim**

08-300 Sokółów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5,
tel./25/ 781-73-20

www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

Znak sprawy: ZZ.26.294.2.2025

Sokołów Podlaski dn. 12.11.2025 r

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dzierżawę stacji uzdatniania wody dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim ogłoszonego w BZP dnia 3.11.2025r. pod nr 2025/BZP 00511303/01

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dzierżawy egzemplarza stacji uzdatniania wody obecnie użytkowanego przez Zamawiającego?

Odpowiedź; Nie.

Pytanie 2

Czy w przypadku zaoferowania kontynuacji dzierżawy obecnie użytkowanego przez Zamawiającego egzemplarza SUW, Zamawiający dopuszcza modyfikację treści paragrafu 1 punktu 5 projektu umowy poprzez usunięcie fragmentu o treści: „fabrycznie nowy (rok produkcji 2025), nieużywany”?

Odpowiedź; Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści załącznika nr 2 Parametry Techniczne w tabeli Opis parametru / Warunek w punkcie 2 poprzez zastąpienie fragmentu „oraz AAMI parametrów biologicznych i fizyko-chemicznych (woda ultraczysta)” przez obecnie stosowany zapis „oraz normy ISO 23500-1, 23500-2, 23500-3” dot. jakości wody do dializ?

Odpowiedź; Tak

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści załącznika nr 2 Parametry Techniczne w tabeli Opis parametru / Warunek w punkcie 4 poprzez usunięcie fragmentu „Napowietrzacz”, napowietrzacze nie są elementem wymaganym w ciągu technologii wstępnego uzdatniania wody?

Odpowiedź; Tak.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści załącznika nr 2 Parametry Techniczne w tabeli Opis parametru / Warunek w punkcie 36 poprzez zastąpienie fragmentu: „Automatyczny” przez „Autoryzowany”?

Odpowiedź; Tak.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza filtr wstępny bez zaworu spustowego, posiadający zawór rozprężny ułatwiający opróżnienie? (parametry techniczne pkt.16)

Odpowiedź; Tak.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie RO o wyspecyfikowanej w danych technicznych wydajności 900 dm³/godz. mierzonej przy temp. +10°C, co odpowiada wydajności ok. 1035 dm³/godz. mierzonej przy temp. +15°C? (parametry techniczne pkt.19)

Odpowiedź; Tak.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza w punkcie 27 parametrów technicznych pomiar przepływu wody wyjściowej oraz pomiar przewodności wody wejściowej, wyjściowej i odrzutu wody?

Odpowiedź; Tak.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza w punkcie 29 parametrów technicznych urządzenie bez funkcji monitorowania dawki środka dezynfekcyjnego w trakcie trwania dezynfekcji chemicznej?

Odpowiedź; Tak.

/ - / **Zdzisława Miłkowska**