



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim**

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5,
NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779, tel./25/ 781-73-20
www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl

Znak sprawy: ZZ.26.301.2025

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na dostawę mikrokart, odczynników, materiałów zużywalnych do badań serologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Pytanie 1 zad. 2

Czy w pozycji nr 1.4 należy zaoferować zestaw kontrolny do metody manualnej i automatycznej?

Odpowiedź: W pozycji nr 1.4 należy zaoferować zestaw kontrolny do metody manualnej.

Pytanie 2 zad. 2

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawy krwinek wzorcowych będą realizowane zgodnie z harmonogramem producenta RCKiK Katowice?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3 zad. 2

Czy w pozycji nr 2.5. Anty-D Blend Zamawiający pozwoli na zaoferowanie równoważnego klonu RUM-1 & MS-26? Wykonawca wskazuje, że zaoferuje odczynnik o cechach jakościowych i użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu (w załączeniu do zapytania instrukcja)

Odpowiedź: Nie

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 4.4 opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający w zakresie Zadania 1 wymaga dostaw wg załączonego do oferty harmonogramu dostaw na dany rok, średnio raz na miesiąc, który uwzględni cykl produkcyjny oferowanych wyrobów do immunologii transfuzjologicznej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5

Czy w poz. 3 formularza asortymentowo-cenowego (Załącznik nr 2A do zaproszenia) w miejsce wymaganych 3 op. 60x12 szt. Zamawiający dopuści zaoferowanie 8 op. 24x12 szt. kart do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krwinkach Wzorcowych w PTA LISS?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że w opisie wymogu z pkt 4.5 dla zadania 1: „Wszystkie odczynniki, krwinki i **kontrola międzynarodowa** od jednego producenta celem walidacji metody.” Zapis dotyczący kontroli międzynarodowej znalazł się omyłkowo i Zamawiający nie wymaga zaoferowania kontroli z uwagi na brak jej wyszczególnienia w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zapis o kontroli międzynarodowej znalazł się omyłkowo.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku jeżeli Zamawiający będzie wymagał zaoferowania kontroli międzynarodowej, to dopuści, aby kontrola pochodziła od innego producenta niż pozostałe oferowane odczynniki i krwinki z uwagi na fakt, że zestawy do kontroli międzynarodowej zewnątrz laboratoryjnej nie są elementem systemu mikrokolumnowego?

Odpowiedź: Nie dotyczy

/-/ Zdzisława Miłkowska