



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SOKOŁÓW PODLASKI

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce Podlaskiej**

08-300 Sokółka Podlaska, ul. Ks. Bosko 5,
tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83

www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

Znak sprawy: ZZ.26.6.2026

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Podlaskiej ogłoszonego w BZP dnia 24.02.2026 r. pod nr 2026/BZP 00124843/01.

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 6 w poz. 1,2 i 3 siatek przepuklinowych częściowo wchłanialnych zbudowanych w 50 % z włókien polipopylenowych (część niewchłanialna) oraz w 50% z kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktonu PGA-PCL (część wchłanialna), o czasie wchłaniania 90-120 dni , wielkości porów 2,5 mm i grubości włókna 0,5 mm , rozmiary zgodnie z SWZ?

Odpowiedź nr 1: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 11 igłę 31 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź nr 2.1: Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 11 igłę 30 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź nr 2.2: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 - Zadanie nr I

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, syntetyczny, pleciony, wykonany z kopolimeru Poli(glikolidu-co-L-laktydu) (90/10), powlekany mieszanką poli(glikolidu-co-L-laktydu) (30/70) oraz stearynian wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 75 % po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i o okresie wchłonięcia masy szwu 60-70 dni ?

Odpowiedź nr 3: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 - Zadanie nr II

1. **poz.1-7**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny , wykonany z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60%, po 43 dniach, 40% po 57 dniach i o okresie wchłonięcia masy szwu 180-210 dni?

Odpowiedź nr 4.1: Zgodnie z SWZ.

2. **poz.8-13**

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, syntetyczny, pleciony, wykonany z kopolimeru poli(glikolidu-co-L-laktydu) (90/10) , powlekany mieszanką poli(glikolidu-co-L-laktydu) (30/70) i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 50 % po 5 dniach, 0% po 10-14 dniach i okresie wchłonięcia masy szwu 42 dni?

Odpowiedź nr 4.2: Zgodnie z SWZ.

3. **poz. 9,11,13.**

Czy Zamawiający dopuści szew niebarwiony?

Odpowiedź nr 4.3: Zgodnie z SWZ.

4. **poz. 14-15.**

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentowy, syntetyczny wchłaniany, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o podtrzymywaniu tkankowym 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach 5 % po 28 dniach i okresie wchłonięcia masy szwu 90-120 dni?

Odpowiedź nr 4.4: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 - Zadanie nr III

poz. 11-12.

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłaniany, monofilamentowy, barwiony wykonany z poliamidu, bez katalogowego określenia „o kontrolowanym rozciąganiu na rany z ryzykiem obrzęku”?

Odpowiedź nr 5: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 - Zadanie nr IV

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny poliestrowy, wielowłóknowy, niewchłaniany, powlekany silikonem – cała nić?

Odpowiedź nr 6: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 - Zadanie nr V

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłaniany, monofilamentowy, wykonany z polipropylenu bez dodatku polietylenu?

Odpowiedź nr 7: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 - Zadanie nr VI

Czy Zamawiający dopuści siatkę częściową wchłanianą, monofilamentową, wykonaną z poliglekaprону o czasie wchłaniania 90-110 dni oraz niewchłanianego polipropylenu?

Odpowiedź nr 8: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 - Zadanie nr VIII

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniany, wykonany z polidoksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60%, po 43 dniach, 40% po 57 dniach i o okresie wchłonięcia masy szwu 180-210 dni?

Odpowiedź nr 9: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 - Zadanie nr IX, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 77 mm?

Odpowiedź nr 10: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 - Zadanie 1, poz. 4, 9

1. **poz. 4, 9**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły o długości 35mm?

Odpowiedź nr 11.1: Zgodnie z SWZ.

2. **poz. 11**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły o długości 30mm?

Odpowiedź nr 11.2: Zgodnie z SWZ.

3. **poz. 13**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici o długości 10x45cm?

Odpowiedź nr 11.3: Zamawiający dopuszcza

4. **poz. 1-16**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu wchłanialnego, syntetycznego, wykonanego w 90% z glikolidu i 10% z L-laktydu, czas podtrzymywania 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach?

Odpowiedź nr 11.4: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 – zadanie 1

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu wchłanialnego, syntetycznego złożonego glikolidu i laktydu (poliglaktyna 910), plecionego, powlekane mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu (poliglaktyną 370) oraz stearynianem wapnia z igłą o zwiększonej stabilności w imadle poprzez jej spłaszczenie i zastosowanie do jej produkcji wysokiej jakości stali serii 302. Całkowite wchłanianie po około 60-70 dniach po zaimplantowaniu, czas podtrzymywania tkankowego wg norm USP i EP o średniej wartości około 140 % bezpośrednio o wszczępieniu dla szwów o grubości 2USP -5/0 USP. Zaproponowane szwy posiadają opis rodzaju szwu w języku polskim oraz kod matrycowy na opakowaniu zbiorczym i saszetce oraz samoprzylepne etykiety do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające min. nazwę, kod, nr serii i ref i datę ważności i są zgodne z MDR.

Odpowiedź nr 12.1: Zamawiający dopuszcza

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 11 szwu z igłą okrągło-tnącą wzmocnioną typu J o długości igły 30mm lub z igłą okrągło-tnącą typu J 31 mm

Odpowiedź nr 12.2: Zamawiający dopuszcza

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 14 podwiązki 2 x 75 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości nici.

Odpowiedź nr 12.3: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13 – zadanie 3

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od dostarczenia próbki z pozycji 11 w zamian za możliwość zaoferowania próbki z innych pozycji z większą ilością saszetek.

Odpowiedź nr 13.1: Zamawiający dopuszcza

2. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 11 i 12 ze szwem syntetycznym, monofilamentowym, barwionym, polipropylenowym, który jest również wskazany do stosowania w ranach z ryzykiem obrzęku,

Odpowiedź nr 13.2: Zamawiający dopuszcza

3. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 11 ze szwem o grubości 1 USP na pętli 150cm z igłą 48mm okrągłą 1/2 koła.

Odpowiedź nr 13.3: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 – zadanie 4

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu syntetycznego poliestrowego, wielowłóknowego niewchłanialnego, powlekane silikonem – w pozycji nr 1 i 3 szwu z igłą o długości 26mm

Odpowiedź nr 14.1: Zamawiający dopuszcza

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu syntetycznego poliestrowego, wielowłóknowego niewchłanialnego, powlekane silikonem - w pozycji nr 5 szwu o długości 180cm.

Odpowiedź nr 14.2: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15 – zadanie 5

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie:- w pozycji nr 1 i 2 szwu z igłą okrągłą o długości 26mm, z wysokiej jakości stali serii 302

Odpowiedź nr 15.1: Zamawiający dopuszcza

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie - w pozycji nr 3 szwu z igłą 10 mm lub

igłą czarną 9,3mm z wysokiej jakości stali serii 302

Odpowiedź nr 15.2: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16 – zadanie 5

1. Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 4 dopuści nić o długości 90 cm

Odpowiedź nr 16.1: Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 5 dopuści nić o długości 90 cm

Odpowiedź nr 16.2: Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 6 dopuści nić o długości 90 cm

Odpowiedź nr 16.3: Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 7 dopuści nić o długości 90 cm

Odpowiedź nr 16.4: Zamawiający dopuszcza

/-/ Zdzisława Miłkowska