



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim**

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5,
tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83

www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

Znak sprawy: **ZZ.26.22.2.2026**

Sokołów Podlaski, dn. 26.05.2026r

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu na dostawę pomocy medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

Pytanie 1 Do umowy

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty wyłączenie w formie elektronicznej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3 Zadanie 1

pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem.

pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający 1 szt. taśmy samoprzylepnej?

Odpowiedź: Tak.

pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56g/m² wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem.

pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwety z łatą chłonną 25x60cm?

Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem.

pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę główną o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowaną z osłonami na kończy, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowaną z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm?

Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem.

pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75x90cm w miejsce 100x100cm?

Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem.

pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający 1 szt. taśmy samoprzylepnej?

Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem.

pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25cm x 30cm oraz z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80cm x 90cm; wysokość ścianki torby 20cm, usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, po dwa porty do odsysania treści po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy?

Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem.

pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 50g/2?


Odpowiedź: Tak

pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dla noworodka o wymiarach 75x80cm?

Odpowiedź: Tak

pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm, zawierającą filtr, podziałkę do 2500 ml oraz port do podłączenia drenów o różnej średnicy. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²?

Odpowiedź: Tak



114x150cm

x1

pozycja 7, 8 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem.

pozycja 7, 8 – Czy Zamawiający dopuści ręczniki o wymiarach 30x30cm?


Odpowiedź: Tak

Pytanie 4 Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach:

- Wzmocniona serweta o wymiarach 240cm x 350cm z dwoma otworami przylepnymi udowymi o średnicy 9,5 cm oraz dwoma otworami przylepnymi promieniowymi 6x9cm. Dodatkowo wyposażona w foliowe wstawki zabezpieczające panel sterowniczy o wymiarach 60cm x 350cm. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 100cm x 120cm
- 1 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².



Odpowiedź: Tak

Pytanie 5 Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie obłożenia uniwersalnego wykonanego z laminatu 2 – warstwowego o gramaturze 54 g/m² , na etykiecie 2 naklejki do dokumentacji medycznej. Opakowanie typu folia – papier.

Skład zestawu :

- serweta na stół instrumentariuszki z warstwą absorpcyjną 150 x 190 - 1 szt,
- osłona Mayo ze wzmocnieniem, przymocowanym klejem na całej powierzchni(nie punktowo) 80 x 145 - 1 szt,
- serweta lepna 75 x 90 - 2szt
- serweta przyklejana 175 x 180 - 1 szt,
- serweta przyklejana 150x 240 - 1 szt ,
- OP taśma 10 x 50 - 2 szt,
- ręcznik min 30x 30 - min. 2 szt

Obłożenie zgodne z normą PN EN 13795 1:2019

Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie 6 Pakiet 1, poz. 2

Proszę o dopuszczenie obłożenia wykonanego z laminatu 2 – warstwowego o gramaturze 54 g/m² , na etykiecie 2 naklejki do dokumentacji medycznej. Opakowanie typu folia – papier.

Skład zestawu:

- serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190- 1 szt,
- osłona Mayo ze wzmocnieniem 80 x 145 - 1 szt,

- serweta z dodatkową warstwą chłonną (30 x 60) przyklejana 75 x 90 - 2 szt,
 - serweta przyklejana 175 x 180 z dodatkową warstwą chłonną (min.30 x 60) i organizatorem przewodów typu Velcro - 1 szt
 - serweta przyklejana 150 x 240z dodatkową warstwą chłonną (30 x 60) i organizatorem przewodów typu Velcro, - 1 szt,
 - OP taśma 9/10 x 50 - 1 szt.
 - ręczniki do rąk - 4 szt
- Obłożenie zgodne z normą PN EN 13795 1:2019
- Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem.**

Pytanie 7 Pakiet 1, poz. 4

Proszę o dopuszczenie obłożenia uniwersalnego wykonanego z laminatu 2 – warstwowego o gramaturze 54 g/m² , na etykietce 2 naklejki do dokumentacji medycznej. Opakowanie typu folia – papier.

Skład zestawu :

- serweta na stół instrumentariuszki 150x190-1szt
 - serweta nieprzemakalna 100x100-1szt
 - osłona Mayo ze wzmocnieniem 80x145- 1szt.
 - serweta ginekologiczna 180 x 200 ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, otworem na krocze 12 x 25 oraz zintegrowanym z serwetą zbiornikiem na płyny, zbiornik wyposażony w zawór odprowadzający-1szt
 - ręcznik do rąk min 2szt
- Obłożenie zgodne z normą PN EN 13795 1:2019

Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie 8 Pakiet 1, poz. 5

Proszę o dopuszczenie obłożenia wykonanego z laminatu 2 – warstwowego o gramaturze 54 g/m² , na etykietce 2 naklejki do dokumentacji medycznej. Opakowanie typu folia – papier.

Skład zestawu:

- Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm-1szt.
 - wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145-1szt
 - serweta do cięcia min 160x320 ze zintegrowanymi organizatorami przewodów typu Velcro, z prostokątnym otworem otoczonym zbiornikiem (360stopni) do przechowywania płynów, posiadającym dwa zawory do ich odpływu
 - serweta chłonna dla noworodka o wym. 60x65 x 80/85 cm
 - 1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
 - Serweta/ręcznik do rąk o wym min 30 cm x 30 cm
- Obłożenie zgodne z normą PN EN 13795 1:2019

Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie 9 Pakiet 1, poz. 6

Proszę o dopuszczenie serwety wykonanej z laminatu 2 – warstwowego o gramaturze 54 g/m² , na etykietce 2 naklejki do dokumentacji medycznej. Opakowanie typu folia – papier.

Proponujemy następujące parametry serwety:

Serweta z workiem na płyny oraz zawór odprowadzającym do ssaka , sztywnik do uformowania szerokości wlototu , rozmiar 100 x 110 opakowanie typu papier -folia, na opakowaniu min 2 naklejki do dokumentacji medycznej, gramatura serwety min 54 g/m²

Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie 10 Pakiet 1, poz. 7

Prosimy o dopuszczenia fartucha o następujących parametrach:

Fartuch chirurgiczny , jałowy, włóknina SMMS , gramatura min 35/m², zapięcie na rzep, troki umieszczone w kartoniku umożliwiającym bezpieczne zawiązanie , szwy wykonane techniką ultradźwiękowa , miękki poliestrowy mankiet o dł. min 7cm, opakowanie zewnętrzne typu papier- folia, dodatkowe włókninowe opakowanie wewnętrzne, min trzy naklejki z kodem kreskowym, identyfikacją producenta, nr serii, datą ważności do dokumentacji medycznej, 2 rączniki 30 x 35/40 , rozmiary M-XXL. Proponowany fartuch nie posiada kolorowej lamówki stanowiącej oznaczenie poziomu ochrony. Zgodność z normą EN 13795.

Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie 11 Pakiet 1, poz. 8

Prosimy o dopuszczenia fartucha o następujących parametrach:

Fartuch chirurgiczny, ze wzmocnieniem w części przedniej i na rękawach, jałowy, wykonany z włókniny typu SMMS , gramatura min 35g/m², gramatura wzmocnień min 40 g/m², zgodność z normą EN 13795, zapięcie na rzep, troki w kartoniku umożliwiającym bezpieczne wiązanie, szwy wykonane techniką ultradźwiękowa , miękki poliestrowy mankiet o dł. min 7cm,opakowanie zewnętrzne typu papier- folia, dodatkowo włókninowe opakowanie wewnętrzne, min. dwie naklejki z kodem kreskowym, identyfikacją producenta, nr serii, datą ważności do dokumentacji medycznej. 2 rączniki 30 x 40 , rozmiary M-XXL. Zgodność z normą EN 13795.

Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem.

/-/ Zdzisława Miłkowska