



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim**

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5,
NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779, tel./25/ 781-73-20
www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl

Znak sprawy: ZZ.26.32.2026

Sokołów Podl., dn. 07.07.2026 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na dostawę materiałów sterylizacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Pytanie 1 zad. 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parowej przebarwiające się z koloru różowego na brąz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 zad. 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści etykiety nawinięte na plastikową gilzę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 zad. 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści koperty posiadające 15 miejsc (7 na pierwszej stronie i 8 na drugiej).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 zad. 1 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w formie paska perforowanego na trzy części co da łącznie 1000 sztuk testów w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 zad. 1 poz. 8

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie :

Pakiet testowy typu Bowie & Dick, o wymiarach min. 125 mm x 115 mm x 15 mm, zgodny z poniższymi parametrami:

- pakiet testowy składa się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki,
- test zgodny z normą PN EN ISO 11140:2014,
- na teście informacje w języku polskim o normie, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności,
- arkusz kontrolny zawierający na rewersie formularz dokumentacyjny w języku polskim, zawierający m.in. informacje o jednostce, dacie, numerze urządzenia i wyniku końcowym,
- w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany w woreczek strunowy; oznaczenie CE, MD, UDI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

/-/ Małgorzata Zbucka