Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5,
tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83
www.spzozsokolow.pl, *e-mail:* zp@spzozsokolow.pl
NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

Znak sprawy: **ZZ.26.51.2026** Sokołów Podlaski 21.10.2026 r

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłoszonego w BZP dnia 14.10.2026 r. pod nr 2026/BZP 00487073/01.

Pytanie 1 Zadanie 2, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz podłóg i ścian jak i w pionie żywieniowym na bazie aminy 12,5g/100g oraz QAV 12,5g/100g, bez zawartości aldehydów i fenoli. Nie pozostawia plam, smug i osadów oraz uczucia klejenia dezynfekowanych powierzchni. Możliwość stosowania preparatu na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych jak i w obecności pacjentów. Roztwór roboczy wykazuję aktywność powyżej 30 dni. Spektrum działania: V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) – EN 14476 - w stężeniu 0,5% w czasie 5 minut, B (w tym MRSA, VRE, Acinetobacter baumannii, Sallmonella, Legionella) – EN 13727, EN 14561, F – EN 13624 - w stężeniu 0,25% w czasie do 15 minut oraz Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 - w stężeniu 0,5% w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowaniach po 1 l z dozownikiem.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2 Zadanie 2, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści do oceny polipropylenowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych, jak i z możliwością do stosowania powierzchni mającej kontakt z żywnością zawierające w składzie triaminy 0,45g/100g oraz QAV 0,45g/100g. Preparat niesklasyfikowany jako niebezpieczny, posiadający testy dermatologiczne, nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach. Chusteczki po otwarciu można stosować przez okres 3 miesięcy. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni niewykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych (sondy USG, pleksi, monitory, ekrany medyczne czy inkubatory). Spektrum: V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) – EN 14476 - 30 sekund, B (w tym MRSA, VRE) – EN 13727, EN 14561, Y – EN 13727, EN 14562, V (Polyoma SV40) – EN 14476 - 1 minuta,

Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 - 5 min, S zgodnie z EN 17126 (Cl. Difficile R027, B. Cereus) 15 minut oraz B, Y – EN 16615 – 1 minuta. Wyrób medyczny kl. II b oraz produkt biobójczy. Chusteczki o gramaturze 39g/m2 konfekcjonowane w opakowaniu typu tuba po 100 szt. w rozmiarze 16x20 cm oraz w tubach po 200 w rozmiarze 20x20 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 3 Zadanie 2, poz. 6
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od posiadania wymaganego certyfikatu GMP. Certyfikat GMP tyczy się produktów wyłącznie posiadających rejestrację jako produkt leczniczy bądź kosmetyk, zaś wyroby medyczne nie posiadają takiego certyfikatu.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4 Zadanie 2, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści do oceny polipropylenowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych, jak i z możliwością do stosowania powierzchni mającej kontakt z żywnością zawierające w składzie triaminy 0,45g/100g oraz QAV 0,45g/100g. Preparat niesklasyfikowany jako niebezpieczny, posiadający testy dermatologiczne, nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach. Chusteczki po otwarciu można stosować przez okres 3 miesięcy. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni niewykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych (sondy USG, pleksi, monitory, ekrany medyczne czy inkubatory). Spektrum: V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) – EN 14476 - 30 sekund, B (w tym MRSA, VRE) – EN 13727, EN 14561, Y – EN 13727, EN 14562, V (Polyoma SV40) – EN 14476 - 1 minuta, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 - 5 min, S zgodnie z EN 17126 (Cl. Difficile R027, B. Cereus) 15 minut oraz B, Y – EN 16615 – 1 minuta. Wyrób medyczny kl. II b oraz produkt biobójczy. Chusteczki o gramaturze 39g/m2 konfekcjonowane w opakowaniu typu tuba w tubach po 200 w rozmiarze 20x20 cm.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5 Zadanie 3, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i innych inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych na bazie triaminy 15g/100g oraz QAV 15g/100g produktu. Bez zawartości fenoli, aldehydów i fosforanów. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, pozwalające na skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń organicznych. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Roztwór roboczy wykazuję aktywność do 14 dni. Należy unikać stosowania preparatu z preparatami na bazie aldehydów. Spektrum działania: B (w tym MRSA, VRE) – EN 13727, EN 14561, Y – EN 13727, EN 14562, V (wirusy osłonkowe, Vaccinia) – EN 14476 w stężeniu 0,5% w czasie do 5 minut, bądź w stężeniu 0,25% w czasie do 15 minut, Tbc – EN 14348, EN 14563 w stężeniu 0,5% w czasie do 15 minut, V (Rota) – EN 14476 - 0,75% w czasie do 15 minut, F – EN 13624, V(Noro) – EN 14476 - 1 % w czasie do 30 minut. Wyrób medyczny kl. II b. Konfekcjonowany w kanistry 5 l.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6 Zadanie 3, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i innych inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych na bazie triaminy 15g/100g oraz QAV 15g/100g produktu. Bez zawartości fenoli, aldehydów i fosforanów. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, pozwalające na skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń organicznych. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Roztwór roboczy wykazuję aktywność do 14 dni. Należy unikać stosowania preparatu z preparatami na bazie aldehydów. Spektrum działania: B (w tym MRSA, VRE) – EN 13727, EN 14561, Y – EN 13727, EN 14562, V (wirusy osłonkowe, Vaccinia) – EN 14476 w stężeniu 0,5% w czasie do 5 minut, bądź w stężeniu 0,25% w czasie do 15 minut, Tbc – EN 14348, EN 14563 w stężeniu 0,5% w czasie do 15 minut, V (Rota) – EN 14476 - 0,75% w czasie do 15 minut, F – EN 13624, V(Noro) – EN 14476 - 1 % w czase do 30 minut. Wyrób medyczny kl. II b. Konfekcjonowany w butelki po 1 l z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 7 Zadanie 2, poz. 6
Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia wymagania dotyczącego wytwarzania suchych chusteczek przeznaczonych do nasączania preparatami dezynfekcyjnymi zgodnie ze standardami GMP, w szczególności w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. z 2022 r. poz. 1273).
Uzasadnienie:
Pragniemy zwrócić uwagę, że przywołane przez Zamawiającego rozporządzenie reguluje wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) odnoszące się do produktów leczniczych, natomiast przedmiotem zamówienia są suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami preparatów dezynfekcyjnych, które nie stanowią produktów leczniczych.
W zależności od przewidzianego przez producenta przeznaczenia oraz klasyfikacji prawnej suche chusteczki mogą stanowić wyroby medyczne objęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) albo produkty nieposiadające statusu wyrobu medycznego.
W przypadku wyrobów medycznych właściwe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, jakości oraz nadzoru nad procesem wytwarzania wynikają z rozporządzenia MDR. Norma PN-EN ISO 13485 określa natomiast wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.
Należy podkreślić, że **wymaganie stosowania GMP właściwego dla produktów leczniczych do produkcji suchych chusteczek dezynfekcyjnych nie wynika automatycznie z przepisów regulujących wytwarzanie tego rodzaju produktów.**
Ponadto certyfikat GMP dotyczący wytwarzania produktów leczniczych odnosi się do określonego zakresu działalności wytwórczej. Sam fakt posiadania przez producenta certyfikatu GMP dla innych produktów nie potwierdza, że suche chusteczki są wytwarzane w tym samym reżimie.
Rozumiemy, że intencją Zamawiającego jest zapewnienie odpowiedniej jakości oraz czystości mikrobiologicznej oferowanych chusteczek, co ma szczególne znaczenie w placówkach ochrony zdrowia. Pragniemy jednak zauważyć, że **czystość mikrobiologiczna produktu**

może być potwierdzana odpowiednimi badaniami mikrobiologicznymi, w tym z wykorzystaniem metod opisanych w Farmakopei Europejskiej, np. w rozdziale 2.6.12 dotyczącym badania mikrobiologicznego produktów niejałowych.
Wymaganie stosowania określonego systemu wytwarzania nie jest przy tym tożsame z potwierdzeniem konkretnych parametrów czystości mikrobiologicznej gotowego produktu.
W naszej ocenie utrzymywanie wymogu GMP właściwego dla produktów leczniczych w odniesieniu do suchych chusteczek może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji oraz naruszenia zasad wynikających z art. 16 i art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ stawia wykonawcom wymaganie nieadekwatne do charakteru i klasyfikacji prawnej zamawianego produktu.
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymagania dotyczącego wytwarzania suchych chusteczek zgodnie ze standardami GMP, dopuszczając chusteczki produkowane w ramach systemu zarządzania jakością właściwego dla ich klasyfikacji i przeznaczenia, z możliwością potwierdzenia odpowiedniej czystości mikrobiologicznej produktu stosownymi badaniami?
W przypadku podtrzymania wymagania prosimy o wskazanie konkretnej podstawy prawnej nakładającej obowiązek stosowania GMP właściwego dla produktów leczniczych do wytwarzania suchych chusteczek przeznaczonych do nasączania preparatami dezynfekcyjnymi, a także o wyjaśnienie, w jaki sposób wykonawcy mają wykazać spełnienie tego wymagania w odniesieniu do oferowanego produktu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia wymagania dotyczącego wytwarzania suchych chusteczek przeznaczonych do nasączania preparatami dezynfekcyjnymi zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), w szczególności w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1273). Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Uzasadnieniem przyjętego wymagania są szczególne potrzeby Zamawiającego, wynikające z charakteru prowadzonej działalności leczniczej oraz konieczności zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu medycznego. Suche chusteczki objęte zamówieniem stanowią element systemu dezynfekcji, a ich jakość, czystość oraz powtarzalność parametrów użytkowych mogą mieć istotne znaczenie dla prawidłowego przebiegu procedur higienicznych.
Zamawiający ma świadomość, że obowiązek stosowania wymagań GMP właściwych dla produktów leczniczych nie wynika automatycznie z samego faktu wytwarzania suchych chusteczek przeznaczonych do nasączania preparatami dezynfekcyjnymi. Nie oznacza to jednak, że Zamawiający nie może określić w opisie przedmiotu zamówienia dodatkowych wymagań jakościowych, jeżeli są one uzasadnione jego rzeczywistymi potrzebami i służą zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowania zamawianych produktów.
W ocenie Zamawiającego wymaganie dotyczące wytwarzania chusteczek w standardzie GMP ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu kontroli nad procesem produkcyjnym, w tym ograniczenie ryzyka występowania zanieczyszczeń oraz niepożądanych odchyleń jakościowych. Zamawiający uznaje, że wymagany standard stanowi element przyjętych przez

niego kryteriów jakościowych, związanych ze specyfiką środowiska szpitalnego i koniecznością zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wymagania określone w SWZ powinny być interpretowane z uwzględnieniem ich celu, jakim jest zapewnienie odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa produktów wykorzystywanych w działalności leczniczej. Wymaganie to nie ma na celu nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji, lecz wynika z przyjętego przez Zamawiającego poziomu wymagań jakościowych dla przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia w postulowanym zakresie.

Pytanie 8 - Zadania 3 poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat DDN9 do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych o składzie chemicznym: czwartorzędowych związków amonu, inhibitory osadzania kamienia, kationowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne, szerokie spektrum biobójcze w czasie 15 min: bakterie (EN13727, EN 14561) drożdżaki (EN 13624, EN 14562), wirusy (EN 14476 - HIV, HCV, HBV, Herpes, EN-17111 - Vaccinia), narzędzia mogą być bezpieczne przechowywanie w roztworze nawet do 72 godzin, usuwający biofilm i zapobiegający jego powstawaniu, w opakowaniu 1 L z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 9 - Zadania 3 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat DDN9 do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych o składzie chemicznym: czwartorzędowych związków amonu, inhibitory osadzania kamienia, kationowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne, szerokie spektrum biobójcze w czasie 15 min: bakterie (EN13727, EN 14561) drożdżaki (EN 13624, EN 14562), wirusy (EN 14476 - HIV, HCV, HBV, Herpes, EN-17111 - Vaccinia),narzędzia mogą być bezpieczne przechowywanie w roztworze nawet do 72 godzin, usuwający biofilm i zapobiegający jego powstawaniu?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 10 zadanie 1
Czy w **pozycji 6** Zamawiający dopuści preparat typu **Velodes Soap** o następujących parametrach: Emulsja do mycia rąk, skóry głowy i całego ciała, bez zawartości mydła, przeznaczona do częstego stosowania. Formuła niezawierająca barwników. Przeznaczona w szczególności dla personelu medycznego i osób narażonych na maceracje skóry w wyniku częstego mycia rąk oraz polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Produkt przebadany dermatologicznie. Formuła zawierająca anionowe i amfoteryczne substancje powierzchniowo czynne odpowiadające za funkcję myjącą oraz składniki pielęgnujące, w tym glicerynę i pochodną olejku kokosowego oraz kwas cytrynowy o funkcji antyoksydacyjnej. Zawierająca kwas askorbinowy wspomagający trwałość preparatu i funkcję regulującą pH preparatu: wymagane neutralne dla skóry 5,5–6,5. Opakowanie: butelka 500 ml.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 11 zadanie 1
Czy w **pozycji 7** Zamawiający dopuści preparat typu **Velodes Cream** o następujących parametrach: Ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i maceracje skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie: butelka 500 ml.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 12 zadanie 1
Czy w **pozycji 8** Zamawiający dopuści preparat typu **Velodes Skin** o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Opakowanie: butelka 500 ml.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 13 zadanie 2
Czy w **pozycji 1** Zamawiający dopuści preparat typu **Quatrodes® Extra** o następujących parametrach: Płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych w obszarze medycznym, w tym aparatury medycznej, a także powierzchni podłogowych i ponadpodłogowych. Możliwość stosowania również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Nieskażony roztwór roboczy zachowujący aktywność do 14 dni. 0,5% stężenie obejmujące działanie na bakterie, drożdże, prątki i wirusy otoczkowe z możliwością rozszerzenia do pełnego spectrum wirusobójczego (Adeno, Noro, Polio). Dodatkowo wymagane potwierdzenie skuteczności zgodnie z EN 14885 wobec bakterii i drożdżaków w badaniach przeznaczonych dla dezynfekcji powierzchni: EN 16615 – stężenie 1% w 15 min. oraz EN 17387 – stężenie 0,75% w 15 min. Preparat oparty na wieloskładnikowym układzie dezynfekcyjnym obejmującym funkcjonalnie związki aminowe, QAC, kationowe związki powierzchniowo czynne, bez aldehydu, fenolu, z układem myjącym obejmującym niejonowe i amfoteryczne składniki powierzchniowo czynne oraz składniki wspomagające zwilżanie, rozpuszczanie i usuwanie zabrudzeń organicznych. O wysokiej tolerancji materiałowej. Kompatybilny z wieloma produktami myjącymi. Posiadający opinię CZD i FAMED. Produkt dual use – biobójczy i wyrób medyczny certyfikowany zgodnie z MDR klasy IIa. Opakowanie: butelka 1 l z dozownikiem.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 14 zadanie 2
Czy w **pozycji 2** Zamawiający dopuści preparat typu **Viruton® Pulver** o następujących parametrach: Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i

dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszconego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus) - od 1% w 10 min., potwierdzone badania na przecieranie powierzchni zgodnie z EN 16615 Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie: 1 kg. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 15 Zadanie 2
Czy w **pozycji 3** Zamawiający dopuści preparat typu **Viruton® Bohr** o następujących parametrach: Gotowy preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych wyrobów medycznych. Zalecany do dezynfekcji: wierteł, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawierający inhibitor korozji chroniący instrumenty ze stali i stopów metali. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Do stosowania poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej. Skład: czwartorzędowe związki amonowe, inhibitory korozji. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), prątki (M. terrae, M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, SARS-Cov-2, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola, Adeno, Polio) w 15 min. w warunkach brudnych, w fazie 2.2 dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie: 1l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 16 zadanie 2
Czy w **pozycji 4** Zamawiający dopuści preparat typu **Quatrodes® Unit NF** o następujących parametrach: Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego. Zapobiegający powstawaniu biofilmu, z możliwością stosowania do wanien z hydromasażem. Preparat niepieinący - ważne w dezynfekcji systemów zamkniętych. Bez aldehydów i fenoli. Spektrum działania: B (MRSA), F (C.albicans), V (HBV, HCV, HIV, HSV, wirus grypy) w czasie 15 min, w stężeniu 2%, Tbc (. tuberculosis) w 4% w 60 minut. Produkt posiadający wazny certyfikat MDR dla wyrobów medycznych. Opakowanie: 1 l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 17 zadanie 2
Czy w **pozycji 5** Zamawiający dopuści produkt typu **Velox® Duo Wipes** o następujących parametrach: Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans, C. auris), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. 19x15 cm, 50g/m2. Opakowanie: FLOWPACK: 50 szt., 19x15 cm, 50g/m2. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 18 zadanie 2
Czy w **pozycji 6 i 7** Zamawiający dopuści produkt typu **MEDISEPT Dry Wipes / Dry Wipes Box** o następujących parametrach: Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: wiskoza (20%) i poliester (80%), - mieszany skład gwarantuje pochłanianie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie. Opakowanie: wiadro + wkład 100 ściereczek.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 19 zadanie 2
Czy w **pozycji 8** Zamawiający dopuści produkt typu **Velox® Wipes NA** o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz

wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. Wymiary: 13x20 cm. gramatura 23 g/m2. Opakowanie: puszka 100 szt. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 20 zadanie 2
Czy w **pozycji 9** Zamawiający dopuści produkt typu **Velox® Wipes NA** o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu.
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. Wymiary: 13x20 cm. gramatura 23 g/m2. Opakowanie: wkład 100 szt. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 21 zadanie 3
Czy w **pozycji 1** Zamawiający dopuści preparat typu **Viruton® Extra** o następujących parametrach: Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie(w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie: kanister 5 l.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 22 zadanie 8

Czy w **pozycji 1** Zamawiający dopuści preparat typu **Viruton® Pre** o następujących parametrach: Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem deyznfekcji i sterylizacji. Skład 100 g: 0,15 g N(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; 0,14 g masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu. Środek zawierający inhibitory korozji. Szeroka tolerancja materiałowa. Możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy. Chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Czas moczenia narzędzi do 48 godz., preparat szybki w użyciu - 15 min. w warunkach brudnych w fazie 2.2. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy osłonkowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio), czas działania 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476). Opakowanie: butelka 1 l ze spryskiwaczem DUO.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

/-/ Zdzisława Miłkowska