Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5,
tel./25/ 781-73-20
www.spzozsokolow.pl, *e-mail:* zp@spzozsokolow.pl
NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

Znak sprawy: ZZ.26.31.3.2026 **Sokołów Podlaski 04.11.2026 r**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę pomocy medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłoszonego *w* **BZP dnia 27.10.2026 r. pod nr 2026/BZP 00505294/01**

Pytanie 1 Zadanie nr 22 poz. 9
Prosimy o informację, czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru producenta Stryker o wymiarach kratki 100x22 czy też dopuszcza tańszy zamiennik**.**
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamiennik.

Pytanie 2 Zadanie nr 22 poz. 11
Prosimy o dopuszczenie podania ceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50szt z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych opakowań..
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, opis w zadaniu 22 w poz. 11 wskazuje na opakowanie 50 szt.

Pytanie 3
Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ oraz zmianę projektowanych postanowień umowy
1. Zakres gwarantowanego zakupu a prawo wypowiedzenia (§ 1 ust. 5, § 7 ust. 3 projektu umowy)
Prosimy o potwierdzenie, że wskazana w § 1 ust. 5 minimalna wartość zamówienia, wynosząca 70% wartości umowy, pozostaje wiążąca również w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do rozwiązania umowy za miesięcznym wypowiedzeniem na podstawie § 7 ust. 3. Czy Zamawiający uzupełni § 7 ust. 3 o zastrzeżenie zachowania minimalnego gwarantowanego poziomu zakupów, z wyjątkiem przypadków ustawowo uzasadniających odstąpienie od umowy?
PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA
Art. 433 pkt 4, art. 16 i art. 431 Pzp; art. 353^1 i art. 354 k.c.
ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY
Swobodne rozwiązanie umowy bez określenia relacji do gwarancji 70% może faktycznie pozbawić tę gwarancję znaczenia i utrudnia rzetelną wycenę dostaw.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że minimalna wartość zamówienia, wynosząca 70% wartości umowy, pozostaje wiążąca również w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do rozwiązania umowy za miesięcznym wypowiedzeniem na podstawie § 7 ust. 3

2. Termin usunięcia niezgodności dostawy (§ 3 ust. 3 i § 6 projektu umowy)
W § 3 ust. 3 termin wymiany wadliwego towaru lub jego właściwego oznaczenia określono przez odesłanie do terminu „zgodnie ze złożoną ofertą”, podczas gdy SWZ przewiduje ocenę ofert wyłącznie według ceny.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie liczby dni na wymianę lub uzupełnienie towaru oraz wyjaśnienie, czy terminy 3 dni roboczych i 14 dni z § 6 dotyczą jedynie rozpatrzenia reklamacji, a nie jej wykonania.
PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA
Art. 99 ust. 1 i art. 16 Pzp; art. 65 k.c.
ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY
Brak określonego terminu usunięcia wady uniemożliwia przewidywalne planowanie realizacji oraz ocenę ewentualnych następstw reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje projekt umowy, § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ 3. Odbiorca zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia towaru, którego jakość odbiega od obowiązujących norm lub oznaczenie fabryczne nie spełnia wymagań określonych w ust. 2. W takim przypadku Odbiorca wezwie Dostawcę do wymiany wadliwego towaru lub jego właściwego oznaczenia w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez Dostawcę zgłoszenia reklamacji.”

3. Skutek milczenia przy rozpatrywaniu reklamacji (§ 6 ust. 2)
Prosimy o doprecyzowanie, że brak odpowiedzi na reklamację w terminie nie przesądza automatycznie o uznaniu każdego żądania Zamawiającego, w szczególności roszczeń wykraczających poza zgodną z umową wymianę lub uzupełnienie asortymentu. Wnosimy o wyraźne ograniczenie domniemania uznania do konkretnie opisanych i udokumentowanych niezgodności ilościowych lub jakościowych.
PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA
Art. 16 i art. 99 ust. 1 Pzp; art. 60, art. 65 oraz art. 471 k.c.
ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY
Obecny zapis może być interpretowany jako nieograniczone uznanie roszczenia, bez jasnego związku z faktycznie stwierdzoną wadą i zakresem świadczenia.
Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian

4. Wstrzymanie zapłaty przy reklamacji (§ 6 ust. 2)
Czy Zamawiający potwierdzi, że wstrzymanie zapłaty i wydłużenie terminu płatności dotyczy wyłącznie należności za konkretną kwestionowaną partię lub jej część, a pozostałe, prawidłowo wykonane dostawy będą opłacane zgodnie z § 4 ust. 2? Prosimy o odpowiednie doprecyzowanie.
PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA
Art. 16 Pzp; art. 354 i art. 487 § 2 k.c.
ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY
Bez ograniczenia tego mechanizmu reklamacja niewielkiej części świadczenia może powodować nieproporcjonalne wstrzymanie płatności za towar bezspornie odebrany.
Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian, we wskazanym zapisie jest wyraźnie mowa, że „zamawiający wstrzyma zapłatę za reklamowany towar”

5. Granice zakupu interwencyjnego (§ 8 ust. 1–3)
Prosimy o doprecyzowanie, że zakup interwencyjny może obejmować najwyżej ilość i rodzaj asortymentu rzeczywiście niezrealizowanej dostawy, a dochodzona różnica ceny będzie wykazana dokumentami zakupu i obliczana dla porównywalnego towaru. Czy Zamawiający potwierdzi również, że zmniejszenie wartości umowy o zakup interwencyjny nie obniża uzgodnionego minimum zakupów w pozostałym zakresie?
PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA
Art. 16 i art. 433 pkt 4 Pzp; art. 361 § 1–2 i art. 471 k.c.
ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY
Niedoprecyzowanie sposobu kalkulacji różnicy cen oraz relacji do minimum gwarantowanego grozi nieprzewidywalnością kosztów i rozbieżnymi rozliczeniami.

Odpowiedź; Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian, we wskazanym zapisie jest wyraźnie mowa, że zakup interwencyjny realizowany będzie „w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy”

6. Zakres umownego wypowiedzenia przez obie strony (§ 7 ust. 3)
Prosimy o wskazanie, czy miesięczny termin wypowiedzenia może być zastosowany przez Zamawiającego bez określenia przyczyny i niezależnie od stopnia realizacji gwarantowanego minimum 70%. Wnosimy o uregulowanie przesłanek wypowiedzenia przez Zamawiającego lub jednoznaczne potwierdzenie obowiązku rozliczenia niewykonanego minimum, o ile umowa rozwiązywana jest bez naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę.
PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA
Art. 433 pkt 4, art. 16 i art. 431 Pzp; art. 353^1 k.c.
ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY
Nieograniczone uprawnienie do wypowiedzenia może pozostawać w napięciu z ekonomicznym znaczeniem minimalnej wartości zamówienia.
Odpowiedź; Zamawiający potwierdza, że minimalna wartość zamówienia, wynosząca 70% wartości umowy, pozostaje wiążąca również w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do rozwiązania umowy za miesięcznym wypowiedzeniem na podstawie § 7 ust. 3

7. Warunki zmiany ilości między pozycjami (§ 9 ust. 3 lit. a)
Prosimy o określenie, czy uprawnienie do przesuwania ilości między pozycjami w obrębie zadania jest ograniczone dostępnością i cenami ofertowymi oraz czy może prowadzić do zmniejszenia do zera ilości zamówień w określonej pozycji, przy zachowaniu gwarancji 70% wartości danego zadania. Wnosimy o jednoznaczne wskazanie granic takich przesunięć.
PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA
Art. 99 ust. 1, art. 16, art. 433 pkt 4 i art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY
Nieokreślona skala przesunięć może zmieniać rzeczywistą strukturę kosztów dostaw i utrudniać kalkulację cen jednostkowych.
Odpowiedź; Zmiany ilościowe asortymentu pomiędzy pozycjami w ramach danego zadania nie stanowią podstawy do zmiany cen jednostkowych określonych w ofercie.

Przesunięcia ilościowe nie mogą prowadzić do przekroczenia maksymalnej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie w ramach asortymentu objętego danym zadaniem i wyszczególnionego w załączniku do umowy.

Gwarancja realizacji na poziomie 70% wartości danego zadania pozostaje wiążąca. Przesunięcia ilościowe nie mogą skutkować naruszeniem wskazanego minimalnego poziomu realizacji zadania.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszania ilości asortymentu w poszczególnych pozycjach, w tym również do zera, jeżeli wynika to z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, pod warunkiem zachowania gwarantowanego minimalnego poziomu realizacji umowy, wynoszącego 70% wartości danego zadania.

8. Relacja przedłużenia umowy do prawa opcji (§ 1 ust. 6–7, § 12 ust. 2)
Czy Zamawiający potwierdzi, że ewentualne przedłużenie umowy maksymalnie o sześć miesięcy, wymagające zgody obu stron i aneksu, nie powoduje samoczynnego zwiększenia zakresu podstawowego ani zmiany limitu prawa opcji wynoszącego do 20% ilości w każdej pozycji? Prosimy o wyjaśnienie, jak będzie ustalana pozostała wartość umowy po uruchomieniu opcji.
PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA
Art. 99 ust. 1, art. 441 ust. 1 i art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY

Wyjaśnienie rozdzieli mechanizmy czasowego przedłużenia i ilościowego zwiększenia zamówienia, eliminując ryzyko różnych interpretacji zakresu świadczenia.
Odpowiedź; Z powołanych zapisów umowy jednoznacznie wynika, że przewidziano możliwość przedłużenia okresu trwania umowy do czasu wyczerpania jej wartości, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy, w przypadku gdy przed upływem terminu jej obowiązywania umowa nie zostanie wyczerpana wartościowo.

9. Doprecyzowanie limitu kar umownych (§ 5 ust. 3)
W § 5 ust. 3 zapisano, że „łączna wysokość kar umownych lub każda z kar oddzielnie" nie może przekroczyć 20% wartości umowy. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że 20% stanowi bezwzględny, łączny limit wszystkich kar umownych naliczonych w okresie obowiązywania umowy, niezależnie od liczby i rodzaju naruszeń, oraz o usunięcie fragmentu dopuszczającego odrębny limit dla każdej kary.
PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA
Art. 436 pkt 3 i art. 16 Pzp; art. 65 oraz art. 484 k.c.
ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY
Obecna alternatywna redakcja pozostawia wątpliwość, czy limit dotyczy sumy kar czy każdej z osobna, co ma bezpośredni wpływ na maksymalną ekspozycję finansową wykonawcy.
Odpowiedź; Zgodnie z projektem umowy.

<u>Pytanie 4 Zadanie 20</u>
1.Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 2,3 mm.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
2.Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy przewodu 0,38 mm, średnica 2,4 mm, długość 2400 mm.
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.
3.Czy Zamawiający w pozycji 3, 4, 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy przewodu 0,36 mm.
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.
4.Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 160 mm.
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.
5. Czy Zamawiający w pozycji 9, 10 i 11 dopuści zaoferowanie szczypczyków o długość miseczki 3,2 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 7,5 mm, minimalny kąt rozwarcia miseczki 90 stopni, maksymalna objętość miseczki 7,0 mm3.
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.
6.Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie szczypczyków o długość miseczki 5,8 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 9 mm, minimalny kąt rozwarcia miseczki 90 stopni.
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.
7.Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie klipsownic bez portu infuzyjnego.
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.
8.Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie pułapek czterokomorowych.
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.
9.Czy Zamawiający w pozycji 17 dopuści zaoferowanie koszyków o długości 2000 mm.
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.

<u>Pytanie 5</u>
Zadanie 20, poz. 1.
Czy Zamawiający dopuści igły o rozmiarze 23G, dł. igły 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź; Tak.

Zadanie 20, poz. 2.
Czy Zamawiający dopuści pętle do poliepktomii w osłonce o śr. 2,4 mm, długość robocza 2400 mm, funkcja rotacji, śr. drutu ok, 0,3 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź; Tak.

Zadanie 20, poz. 3.
Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektommii w osłonce o śr. 2, 4 mm, średnica drutu 0, 3 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź; Tak.

Zadanie 20, poz. 4.
Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektommii w osłonce o śr. 2, 4 mm, średnica drutu 0,3 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź; Tak.

Zadanie 20, poz. 5.
Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektommii w osłonce o śr. 2, 4 mm, średnica drutu 0,41 mm, śr. pętli 32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź; Tak.

Zadanie 20, poz. 7.
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do czyszczenia gniazd zaworów: jednorazowego użytku, dwustronna, o średnicy włosia po obu końcach 5mm i 10mm; uchwyt w części środkowej; długość narzędzia 150-160mm; na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami; pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?
Odpowiedź; Tak.

Zadanie 20, poz. 8.
Czy Zamawiający dopuści ustniki z otworem o szerokości 27 mm, wysokości 22 mm, opakowanie 100 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź; Tak.

Zadanie 20, poz. 9.
Czy Zamawiający dopuści szczypczyki z łyżeczkami o długości 3,21 mm, długość narzędzia 1600-1800mm, objętość miseczki 5,73mm3? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź; Tak.

Zadanie 20, poz. 10.
Czy Zamawiający dopuści szczypczyki z łyżeczkami o długości 3,21 mm, objętość miseczki 5,73mm3? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź; Tak.

Zadanie 20, poz. 11.

Czy Zamawiający dopuści szczypczyki z łyżeczkami o długości 3,86 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 8 mm, objętość miseczek 7,6 mm3? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź; Tak.

Zadanie 20, poz. 12.
Czy Zamawiający dopuści szczypczyki jumbo o powiększonej pojemności, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym; z funkcją rotacji; łyżeczki o rozwarciu 8,5 mm, pojemność 11,9mm3, łyżeczki owalne, gładkie, długość łyżeczki 5,27 mm, dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,8mm; współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm, opakowanie 10 szt.?
Odpowiedź; Tak.

Zadanie 20, poz. 13.
Czy Zamawiający dopuści klipsownice o długości roboczej 230 cm; bez portu infuzyjnego? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź; Tak.

Zadanie 20, poz. 16.
Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką, korpus o śr., 2,4 mm, rozmiar pętli 25 mm lub 35 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź; Tak.

Zadanie 20, poz. 17.
Czy Zamawiający dopuści narzędzie do usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego, narzędzie w postaci oborowej pętli, na której rozpostarty jest worek ekstrakcyjny, śr. pętli 25 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, długość narzędzia 2300 mm?
Odpowiedź; Tak.

Pytanie 6 do zadania 20 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści klipsownicę bez portu infuzyjnego? Klipsownice z portem zostały wycofane z produkcji. Reszta parametrów zgodnie z SWZ.
Odpowiedź; Tak.

Pytanie 7 Pakiet 37

1.Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 21 w poz. 10, w miejsce pierwotnych parametrów, jednostopniowego systemu wprowadzającego Oasis® z załadowaną protezą ST-2 Tannenbaum® przeznaczonego do endoskopowej implantacji protezy w drogach żółciowych w celu drenowania zablokowanych przewodów żółciowych. Zestaw zawiera: system wprowadzający z 4 cienodajnymi opaskami co 5 cm z załadowaną protezą, cewnik popychający, cewnik prowadzący oraz rękaw pozycjonujący stosowany do złożenia języczków na obu końcach protezy, aby ułatwić wprowadzenie stentu do kanału endoskopowego. Rozmiary: średnicą 8. 5 Fr (długości 5, 7, 9, 12 i 15 cm), 10 Fr (długości 5, 7, 9, 12 i 15 cm), cewnik prowadzący: długość 205 cm, średnica zestawu:

5 Fr dla protez 8.5 Fr oraz 6 Fr dla protez 10 Fr, cewnik popychający dł.170 cm. Produkt jałowy, przeznaczony do jednorazowego użytku.
Odpowiedź; Tak.

Pytanie 8
Zad. 1, poz. 3, 4, 5, 6, 12, 16
Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli do odrębnego zadania produkty jednego producenta Medtronic (Covidien) i utworzy pakiet producencki? Umożliwi to firmom specjalizującym się w filtrach i obwodach oddechowych złożyć konkurencyjne oferty.
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.

Zad. 1, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści Obwód aparatu do znieczuleń składający się z dwóch rur rozciągliwych do 180cm, w zestawie trzecia rura rozciągana do 120 cm i worek 2 litrowy, pozostałe parametry zgodnie z swz, tj. zakończonych łącznikiem Y z kolankiem zagiętym pod kątem 90º z portem kapno, w zestawie?
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.

Zad. 1, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści Filtr:
- objętość wewnętrzna czyli tzw. Martwa przestrzeń - bezużyteczna, zminimalizowana, korzystniejsza 50ml,
- zminimalizowany, korzystniejszy opór przepływu 2,0 cm H20 przy 60l/min,
Pozostałe parametry zgodnie z swz?
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.

Zad. 1, poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści Filtr:
- objętość wewnętrzna czyli tzw. martwa przestrzeń - bezużyteczna, zminimalizowana, korzystniejsza 20ml,
- zminimalizowany, korzystniejszy opór przepływu 1,38 cm H20 przy 60l/min,
Pozostałe parametry zgodnie z swz?
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.

Zad. 1, poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści Filtr:
- szerszy, korzystniejszy zakres objętości oddechowej z zakresu Vt=150-1500ml
- objętość wewnętrzna czyli tzw. martwa przestrzeń - bezużyteczna, zminimalizowana, korzystniejsza 20ml,
- zminimalizowany, korzystniejszy opór przepływu 1,38 cm H20 przy 60l/min,
Pozostałe parametry zgodnie z swz?
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.

Zad. 1, poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści Łącznik rozciągany do dł. 15 cm, Pozostałe parametry zgodnie z swz?
Odpowiedź;

Pytanie 9 dotyczy zadanie 25 poz. 1

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga aktywnego czy pasywnego obwodu do Trilogy Evo. dotyczy zadanie 25 poz. 1 Prosimy o informację, jaki aktualny numer katalogowy obwodu aktualnie używa Zamawiający.
Odpowiedź; Układy mają być pasywne z portem wydechowym.

Pytanie 10
Do umowy – Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.
Odpowiedź; Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 11
Zadanie 4, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port iniekcyjny z potrójnym drenem wykonany z poliwęglanu z silikonową membraną oraz z płaską powierzchnią wstrzyknięcia. Długość całkowita 15 cm. Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary(29 PSI). Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Wyrób z aplikatorem do jałowego wyciągania, wolny od lateksu i ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu, Średnica drenów 3,0 x 4,0mm. Prędkość przepływu 160 ml/min. Zawór do stosowania do 7 dni lub 350 aktywacji. Nie wymaga zastosowania koreczków zabezpieczających. Dedykowany dla standardowych złączy luer i luer lock.
Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.



Zadanie 4, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port iniekcyjny z podwójnym drenem wykonany z poliwęglanu z silikonową membraną oraz z płaską powierzchnią wstrzyknięcia. Długość całkowita 15 cm. Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary(29 PSI). Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Wyrób z aplikatorem do jałowego wyciągania, wolny od lateksu i ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu. Średnica drenów 3,0 x 4,0mm. Prędkość przepływu 165 ml/min. Zawór do stosowania do 7 dni lub 350 aktywacji. Nie wymaga zastosowania koreczków zabezpieczających. Dedykowany dla standardowych złączy luer i luer lock.
Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.



Zadanie 4, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści gąbkę do higieny jamy ustnej bez dwuwęglanu sodu?
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.

Zadanie 4, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści wycenę gąbek za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 4, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?
Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 4, pozycja 4
Czy zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładny pomiary diurezy (liniowo co 1ml do 40ml, co 5 ml do 90 ml, co 10 ml do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Jednoświatłowy dren o długości 150 cm z klamrą zaciskową oraz zapinką do stabilizacji pościeli, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Podwójny system podwieszania worka. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą wieszaka do samodzielnego montażu lub pasków mocujących?
Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Zadanie 4, pozycja 5
Czy zamawiający dopuści układy oddechowe współosiowe o długości 2,4m typu rura w rurze :
- rura wewnętrzna 18 mm
- rura zewnętrzna 30mm,
- łącznik kolanowy, obrotowy 22M/15F
- łącznik prosty 22M/22M
- łącznik tlenowy 22M
- tester szczelności

Układ jednorazowy, mikrobiologicznie czysty
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Zadanie 4, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści układy oddechowe współosiowe o długości 1,6m typu rura w rurze :

- rura wewnętrzna 18 mm
- rura zewnętrzna 30mm,
- łącznik kolanowy, obrotowy 22M/15F
- łącznik prosty 22M/22M
- łącznik tlenowy 22M
- tester szczelności

Układ jednorazowy, mikrobiologicznie czysty

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.



Zadanie 4, pozycja 6-7

Czy zamawiający dopuści rękojeści do laryngoskopów metalowe wielorazowe, źródło światła – LED:

- Stal nierdzewna
- Żłobienia na całej powierzchni gwarantują stabilny chwyt i komfort podczas użytkowania.
- Rękojeści wykonane z najwyższej jakości materiałów, nadają się do sterylizacji i dezynfekcji.
- Wysoka jakość wykonania.
- Natężenie światła LED: 4000 - 6000 LUX na końcu łyżki w zależności od jej rodzaju i długości.
- Kompatybilne ze wszystkimi łyżkami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia
- (green system) zgodnymi z normą ISO 7376/3.
- Opakowanie: kartonik

Rozmiar	Zasilanie	Długość
Pediatryczny	2x AA	160 mm
Średni	2x C (R14)	160 mm

Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.

Zadanie 4, pozycja 8

Czy zamawiający dopuści łyżki laryngoskopowe światłowodowe typu Macintosh jJednorazowe, metalowe z plastikową stopką, green system o następujących parametrach:

• Zaokrąglona końcówka łyżki i gładkie krawędzie zapewniają delikatny dotyk na tkanki miękkie pacjenta.
• Specjalnie obniżony profil łyżek ogranicza ryzyko uszkodzenia zębów podczas intubacji.
• Zatrzask kulkowy zintegrowany w zielonej stopce.
• Wyrób nie zawiera lateksu, bezpieczny w użyciu.
• Światłowód z tworzywa sztucznego: akrylowy o średnicy 5 mm zapewnia jasne i maksymalne oświetlenie.
• Światłowód nieosłonięty doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło
• Kompatybilna ze wszystkimi rękojeściami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green system) zgodnymi z normą ISO 7376/3.
• Oznakowanie na grzbiecie łyżek: logo producenta, typ, rozmiar, znak CE oraz symbol „nie do powtórnego użycia" – dodatkowe oznaczenie na stopce „SINGLE USE".
• Czyste mikrobiologicznie.
• Opakowanie foliowe
• Oznaczenie kolorystyczne rozmiarów łyżek
• Rozmiary: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 ?

Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.

Zadanie 4, pozycja 9

Czy zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą o następujących parametrach:

• Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR) posiadający 2 paski kontrastujące w RTG
• Zawór odcinający „on/off" w kolorze czerwonym umożliwia zamkniecie lub otwarcie światła kaniuli
• Specjalnie zaprojektowany przesuwny zawór odcinający, minimalizuje utratę krwi i zapobiega wypływowi wstecznemu, zmniejszając ryzyko potencjalnej ekspozycji na materiał zakaźny
• Skrzydełka w kształcie „motyla" ułatwiają bezpieczne mocowanie przy pomocy opatrunku
• Skrzydełka dodatkowo wyposażone w 3 oczka umożlwiające opcjonalne przyszycie do skóry
• Ostre ścięcie igły umożliwia płynne oraz atraumatyczne umieszczenie kaniuli w naczyniu tętniczym pacjenta
• Komora wypływu wyposażona w filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi i ryzykiem infekcji
• Koreczek Luer-Lock pozwala na zamknięcie portu głównego zaraz po założeniu
• Rozmiar 20G 1,1 x 45 mm przepływ 54 ml/min
• Czas stosowania – do. 96h – potwierdzone oświadczeniem producenta
• Jednorazowego użytku
• Nie zawiera lateksu
• Nie zawiera ftalanów

• Sterylizowana tlenkiem etylenu
• Indywidualnie pakowana: blister papier/ folia
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12
Zadanie 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenami łączącymi: pomiędzy igłą a kranikiem trójdrożnym o długości 40cm, oraz pomiędzy kranikiem a workiem zbiorczym 85cm?
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.



Pytanie 13
Zadanie 16, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne dostępne wyłącznie w rozmiarze 24Gx19mm?
Odpowiedź; Nie.
Zadanie 16, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul bezpiecznych za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź; Tak
Zadanie 16, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kaniule 24G i 26G bez zabezpieczenia przed zakłuciem?
Odpowiedź; Nie.
Zadanie 16 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z BD Vialon (Poliuretan, PUR) 24G (0,7x19mm) przepływ 19ml/min, 26G (0,6x19mm) przepływ 14ml/min?
Odpowiedź; Tak.
Zadanie 16, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kaniule 24G (0,7x19mm) przepływ 23ml/min, 26G (0,6x19mm) przepływ 17ml/min z teflonu FEP z niezdejmowalnym uchwytem?
Odpowiedź; Nie.
Zadanie 16, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź; Tak.

Pytanie 14
Zadanie 22, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG do monitoringu, na bazie gąbki PE, z żelem stałym, sensor Ag/AgCl, o średnicy 43 mm?
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.
Zadanie 22, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG do monitoringu, na bazie gąbki PE, z żelem stałym, sensor Ag/AgCl, 48x36mm?
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.
Zadanie 22, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG pakowane a'100 szt.?
Odpowiedź; Tak.
Zadanie 22, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści elektrody z snapem węglowym o średnicy 43 mm?
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.
Zadanie 22, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści elektrody z snapem węglowym w rozmiarze 48x36mm?
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ
Zadanie 22, pozycja 11, 14
Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za op. a'50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź; Dopuszcza
Zadanie 22, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 250ml?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 15 do umowy-§ 5 i § 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie postanowienia wyłączającego możliwość jednoczesnego naliczania kary umownej za zwłokę w dostawie oraz obciążania Wykonawcy kosztami zakupu interwencyjnego w odniesieniu do tej samej niezrealizowanej części zamówienia? Proponowana zmiana ma na celu wyeliminowanie ryzyka podwójnego obciążenia Wykonawcy konsekwencjami finansowymi wynikającymi z tego samego zdarzenia. Jednoczesne stosowanie obu mechanizmów może prowadzić do nadmiernej odpowiedzialności finansowej Wykonawcy.
Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 16 do umowy-§ 8 ust. 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów dotyczących zakupu interwencyjnego poprzez ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do maksymalnie dwukrotności ceny brutto zaoferowanej za dany przedmiot zamówienia? Proponowane rozwiązanie pozwoli na ograniczenie nieproporcjonalnego ryzyka po stronie Wykonawcy, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesu Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 17 Pakiet 13, pozycja 1.

Czy Zamawiający może doprecyzować o jakie urządzenie i jakiego producenta chodzi w powyższej pozycji?

Odpowiedź: Zaistniała omyłka pisarska, urządzenie M5 , producent Medtronic.

Pytanie 18 Pakiet 13, pozycja 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 19, zadanie 16, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kaniul do żył obwodowych przeznaczoną do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych i pediatrycznych bez portu górnego, wykonanych z FEP, w rozmiarze 24G 0,7x19 mm z przepływem 23 ml/min oraz 26G 06x19 mm z przepływem 17 ml/min, ze skrzydełkami służącymi do mocowania kaniuli, sterylne, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20, zadanie 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dla dzieci i noworodków 0,6x19mm (26G) i 0,7x19mm (24G), innowacyjną, wykonaną z nowej generacji PUR (vialon), ze zdejmowanym uchwytem umożliwiającym zachowanie dotychczasowej techniki kaniulacji o przepływie odpowiednio 14 i 17ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

1.Dotyczy Zadanie nr 20 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w zadaniu pozwoli zaoferować igły do wstrzyknięć, jednorazowego użytku, sterylne, posiada mechanizm stabilizacji igły (długopisowy) oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej. Śr. 2,3 mm dł. 230 cm, rozmiar igły 25 G, dł. igły 5 mm (opakowanie 10 sztuk)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2.Dotyczy Zadanie nr 20 – poz. 2

Czy Zamawiający w w/w zadaniu pozwoli zaoferować pętle do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,4 mm, długość robocza 2400 mm, średnica pętli 6 mm (opakowanie 10 sztuk)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3.Dotyczy Zadanie nr 20 – poz. 3

Czy Zamawiający w w/w zadaniu pozwoli zaoferować pętle do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,4 mm, długość robocza 2400 mm, średnica pętli 10 mm (opakowanie 10 sztuk)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

4.Dotyczy Zadanie nr 20 – poz. 4

Czy Zamawiający w w/w zadaniu pozwoli zaoferować pętle do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,4 mm, długość robocza 2400 mm, średnica pętli 15 mm, średnica przewodu 0,40 mm (opakowanie 10 sztuk)?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

5.Dotyczy Zadanie nr 20 – poz. 5
Czy Zamawiający w w/w zadaniu pozwoli zaoferować pętle do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,4 mm, długość robocza 2400 mm, średnica pętli 32 mm, średnica przewodu 0,40 mm (opakowanie 10 sztuk)?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

6.Dotyczy Zadanie nr 20 – poz. 6
Czy Zamawiający w w/w zadaniu pozwoli zaoferować szczotki czyszczące, jednorazowe, dwustronne średnica włosia 5 mm i 10 mm. Dł. Narzędzia 2300 mm, średnica cewnika 1,8mm. Główka pierwsza wymiary: dł. Szczoteczki 30 mm, szerokość 10 mm, dł. włosia 5 mm, główka druga wymiary: dł. szczoteczki 20 mm, szerokość szczoteczki 5 mm, dł. włosia 3 m?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

7.Dotyczy Zadanie nr 20 – poz. 7
Czy Zamawiający w w/w zadaniu pozwoli zaoferować szczoteczki dwustronne czyszczące do zaworów lub przycisków, jednokrotnego użytku, długość szczoteczki: min. 155 mm, Średnica szczoteczki 1: 10 mm Średnica szczoteczki 2: 5 mm Długość szczoteczki 1: 30 mm Długość szczoteczki 2: 20 mm (opakowanie 100 sztuk)?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

8.Dotyczy Zadanie nr 20 – poz. 8
Czy Zamawiający w w/w zadaniu pozwoli zaoferować ustnik jednorazowy z elastyczną tekstylną opaską (opakowanie zbiorcze zawiera 50 sztuk), szerokość 25 mm, wysokość 20 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

9.Dotyczy Zadanie nr 20 – poz. 13
Czy Zamawiający w w/w zadaniu pozwoli zaoferować jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 230 cm średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 135 stopni, długość ramion 16 mm. Klipsownica posiada port infuzyjny umożliwiający oczyszczenie pola przed założeniem klipsa (opakowanie 10 sztuk)?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

10.Dotyczy Zadanie nr 20 – poz. 17
Czy Zamawiający w w/w zadaniu pozwoli zaoferować koszyk do pobierania i usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego. Obrotowy uchwyt, cztero-drutowy. Średnica 2,3 mm, długość 2000 mm, średnica koszyka 25 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

Dotyczy projektu umowy § 4

Prosimy o dodanie do wzoru umowy następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze."

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 23

Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z:

- 10% na 5%
- 0,5% na 0,3%

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 24

Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu zgodnie z poniższym:

„Łączna wysokość kar umownych lub każda z kar oddzielnie, w okresie obowiązywania umowy, nie może przekroczyć 15% wartości umowy."

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 25

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 4 Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania warunków umowy zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy."

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej lub dokumentowej o opóźnieniu w realizacji dostawy, w szczególności gdy istnieje ryzyko niedostarczenia zamówionego asortymentu w terminie określonym w § 3 ust. 4 umowy. Informacja powinna zawierać przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin realizacji dostawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy gdy brak dostawy może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

Zakup interwencyjny nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Pytanie 26 Dotyczy pakietu 1 poz. 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 9 dopuści filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, mechaniczny, o skuteczności filtrowania ≥99,9999% dla bakterii i wirusów, skuteczność filtracji z NaCl 99,794%, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, objętość oddechowa z zakresu 300-1500ml, z portem kapno, utrata wilgoci przy VT=500ml

wynosząca 5,0mg H20/L, objętość wewnętrzna 96ml i masa 49g, opory przepływu 2,5 cm H2O przy 60 l/min ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

/-/ Zdzisława Miłkowska